

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Придбання світильників(ламп) безтіньових пересувних (4 шт.) для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Код ДК 021:2015:33160000-9 - Устаткування для операційних блоків), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання світильників(ламп) безтіньових пересувних (4 шт.) для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Код ДК 021:2015:33160000-9 - Устаткування для операційних блоків).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2023-11-15-013934-а

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 319 220 грн. 00 коп. з ПДВ (триста дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять гривень нуль копійок з ПДВ).

Проведено аналіз ринку. На цьому етапі використовували загальнодоступну інформацію щодо цін на товари, яка міститься у відкритих джерелах та інформацію, що отримана шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінових пропозицій.

Було використано метод порівняння ринкових цін, а саме:

1) здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну.

2) направлено запити цінових пропозицій офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.

Після отримання певного цінового масиву всі ціни було приведено до єдиних умов, враховуючи умови поставки, умови оплати тощо. Очікувана ціна є середнім арифметичним із отриманих даних.

5. Розмір бюджетного призначення: 320 000 грн. 00 коп. з ПДВ (триста двадцять тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2023р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є штуки. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об'єкта замовника, становить 4 штуки на 2023р.

1. Призначення:

Призначення:
Світильник повинен бути пересувним та призначеним для освітлення робочого поля і створення безтіньового ефекту в робочому полі при хірургічних операціях і діагностичних обстеженнях в усіх областях медицини.

2. Технічні параметри:

№	Найменування	Значення
1.	Тип світильника	пересувний, на колесах
2.	Джерело світла	світлодіоди
3.	Панель управління повинна бути вмонтована в освітлювальний блок або розташована поруч з освітлювальним блоком	відповідність
4.	Панель управління повинна мати щонайменше: кнопку увімкнення-вимкнення освітлення, кнопки регулювання рівня освітлення та дисплей	відповідність
5.	Освітленість	не гірше 120000 лк
6.	Регулювання рівня освітленості	плавне або ступінчасте не менше 5 рівнів
7.	Діаметр освітлювального блоку	не менше 500 мм
8.	Діаметр світлового поля	не менше 110 мм
9.	Ручка для регулювання фокусу повинна бути знімною та придатною до стерилізації	відповідність
10.	Колірна температура	не гірше 4500 К
11.	Індекс передачі кольору	не гірше $80 \leq Ra \leq 100$
12.	Кількість світлодіодів	не менше 36 шт.
13.	Характеристики світлодіода	не більше 3 Вт
14.	Термін служби світлодіодів	не менше 50000 год
15.	Обертання освітлювального блоку в горизонтальній площині	не гірше 360°
16.	Обертання освітлювального блоку навколо власної осі в вертикальній площині	не гірше 340°
17.	Нахил освітлювального блоку з балансувальним пристроєм вгору	не менше 40°
18.	Нахил освітлювального блоку з балансувальним пристроєм вниз	не менше 40°
19.	Максимальна висота освітлювального блоку від підлоги	не менше 2000 мм
20.	Мінімальна висота освітлювального блоку від підлоги	не більше 1000 мм
21.	Живлення від мережі змінного струму	100-230В, 50 Гц

9. Обґрунтування якісних характеристик. Все обладнання медичного призначення, що пропонується, повинно бути внесене до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або введено в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам та законодавчо встановленим на території України нормам.