

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Придбання моніторів фетальних (бшт.) для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Код ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- 1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».
- 1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.
- 1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.
- 1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *Придбання моніторів фетальних (бшт.) для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Код ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні).*

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2024-05-21-002449-а.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 480 000 грн. 00 коп. з ПДВ (чотириста вісімдесят тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

Проведено аналіз ринку. На цьому етапі використовували загальнодоступну інформацію щодо цін на товари, яка міститься у відкритих джерелах та інформацію, що отримана шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінових пропозицій. Очікувана вартість предмета закупівлі обумовлено на підставі комерційних (цінових) пропозицій і обрано найбільш економічно вигідну.

5. Розмір бюджетного призначення: 480 000 грн. 00 коп. з ПДВ (чотириста вісімдесят тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2024 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є комплект. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об'єкта замовника, становить 6 комплектів на 2024 р.

№	Найменування параметру	Вимоги
1.	Загальні відомості:	
	Фетальний монітор призначений для контролю життєвоважливих показників матері та плоду	Наявність
	Звукові та візуальні тривоги при відхиленні від норми показників пацієнта або при виникненні технічних несправностей	Наявність
	Інтервал оновлення значень, не більше	1 сек
2.	Екран:	
	Кольоровий TFT LCD антибликовий РК-екран	Наявність
	Діагональ, не менше	7 дюймів
	Роздільна здатність, не менше	800 x 480
	Водонепроникний корпус	Наявність
3.	ЧССП:	Наявність
	Одночасна реєстрація ЧСС 2-х плодів	Можливість
	Метод вимірювання	Ультразвуковий
	Робоча частота	≥1 МГц
	Діапазон вимірювання, не менше	50 уд/хв
	Діапазон вимірювання, не більше	210 уд/хв
	Похибка вимірювання	≤1 уд/хв
4.	ТОКО-метрія	Наявність
	Мінімальне значення, не більше	0 одиниць
	Максимальне значення, не менше	100 одиниць
5.	Пульсоксиметрія матері (SpO₂):	Можливість
	Моніторинг сатурації артеріальної крові (SpO ₂)	Наявність
	Межі вимірювання частоти пульсу	30 – 240 уд/хв
	Похибка вимірювання частоти пульсу, не більше	2 уд/хв
	Діапазон вимірювання SpO ₂	70 – 100%
	Дійсна похибка, не більше	± 3%
6.	Неінвазивне вимірювання артеріального тиску (НІАТ)	Можливість
	Метод вимірювання	Осцилометричний
	Діапазон вимірювання систолічного тиску	не більше 50 – не менше 240 мм. рт. ст.
	Діапазон вимірювання діастолічного тиску	не більше 25 – не менше 200 мм. рт. ст.
	Діапазон вимірювання середнього тиску	не більше 15 – не менше 180 мм. рт. ст.
	Максимальна середня похибка вимірювання тиску, не більше	± 5мм.рт. ст.
7.	Контроль температури:	Можливість
	Межі вимірювання температури	0 – 50°C
	Крок вимірювання температури, не більше	0,1°C
	Похибка вимірювання температури, не більше	± 0,1°C
8.	Термопринтер	Можливість
9.	Габарити та вага:	
	Вага, не більше	2 кг
	Габарити, не більше	300 мм × 240 мм × 80 мм
10.	Характеристики електроживлення:	
	Діапазон напруги від мережі змінного струму	100 В – 240 В
	Частота мережі	50/60 Гц
	Споживана потужність, не більше	60 ВА
	Вбудована Li-On батарея	Наявність
	Мінімальний час роботи приладу від швидкозмінної Li-On батареї, не менше	2 год

9. Обґрунтування якісних характеристик. Все обладнання медичного призначення, що пропонується, повинно бути внесене до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або введене в

обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам та законодавчо встановленим на території України нормам.