

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Придбання біохімічного аналізатора для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання біохімічного аналізатора для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2025-02-21-008476-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 149 106 грн. 00 коп. з ПДВ (сто сорок дев'ять тисяч сто шість гривень нуль копійок з ПДВ).

Проведено аналіз ринку. На цьому етапі використовували інформацію, що отримана шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінкових пропозицій.

Було використано метод порівняння ринкових цін, а саме:

1) направлено запит цінкових пропозицій офіційним представникам/дилерам/постачальникам конкретного товару.

Після отримання певного цінового масиву всі ціни було приведено до єдиних умов, враховуючи умови поставки, умови оплати тощо. Очікувана ціна є середнім арифметичним значенням серед запропонованих пропозицій.

5. Розмір бюджетного призначення: 150 000 грн. 00 коп. з ПДВ (сто п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2025 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є штуки. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об'єкта замовника, становить 1 штука на 2025 р.

№ п/п	Характеристики		Відповідність вимогам з посиланням на сторінку
1	Тип аналізатора	стаціонарний, напівавтоматичний	
2	Тип системи	відкрита, з можливістю використання діагностичних наборів різних виробників	
3	Аналітичні методи	кінцева точка, фіксований час, кінетика	
4	Час вимірювання по методу кінцевої точки	не більше 5 с.	
5	Час вимірювання по методу фіксованого часу та кінетики	більше 30 с.	
6	Процедура ініціалізації системи	наявність	
7	Мінімальний об'єм зразку	не менше 200 мкл	
8	Діапазон оптичної щільності	в межах 0 ~ 3.0 А	
9	Розподільна здатність	Не менше 0.001 А	
10	Тип використовуваної кювети	проточна кювета або наливна кювета	
11	Об'єм проточної комірки	не більше 33 мкл	
12	Підтримка температури проточної ячейки або кювети	25°C, 30°C, 37°C	
13	Довжини хвиль	Довжини хвиль: 340 нм, 405 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630нм. Додатково: 450нм, 670нм.	
14	Інтервал зчитування для однієї хвили	не більше 1 с.	
15	Інтервал зчитування для двох хвиль	не більше 2 с.	
16	Об'єм пам'яті результатів	не менше 3000 результатів	
17	Об'єм пам'яті тестів	не менше 199 тестів	
18	Джерело світла	Вольфрамowo-галогенна лампа (6В, 10Вт)	
19	Тип екрану	сенсорний	
20	Віртуальна клавіатура	наявність	
21	Використання сенсорного олівця	можливість	
22	Методи калібрування	лінійний та нелінійний	
23	Система контролю якості	правила Вестгарда	
24	Мова інтерфейсу користувача	китайська, англійська, французька, італійська, німецька, російська та іспанська	
25	USB порт	наявність	
26	Вбудований принтер	наявність	
27	Зовнішній принтер	можливість	
28	Інтерфейс RS-232	можливість	
29	Вага аналізатора	не більше 8 кг	
30	Термін гарантійного обслуговування приладу	не менше 12 місяців	
31	Стартовий набір погоджений виробником до використання на даному приладі: Сечова кислота 1 упак Сечовина (Рідкий) GLDH Кінетика і кінцева точка 1 уп Мультикалібратор (1ф-3мл) - 1фл. Мультиконтроль ClinChem (рівень1) (1ф-5мл) - 1 фл. Мультиконтроль ClinChem (рівень2) (1ф-5мл) - 1 фл.	Сечова кислота R1 реагент сечова кислота: Фосфатний буфер рН 7.4 50 ммоль / л DHBSA* 4 ммоль / л Консервант: 3,5-дихлор-2-гідроксибензолсульфонова кислота POD 660 Од/ л 4-Аміноантипирин 1 ммоль/л Уриказа 60 Од/л R4 Стандарт Сечова кислота 10 мг/дл	

		<p>(595 ммоль/л)</p> <p>Сечовина R1 ферментний реагент: Tris буфер рН 7.95 112 ммоль / л 2-оксоглутарат 15.5 ммоль / л ADP 0.94 ммоль / л Уреаза 17000 Од/л GLDH 600 Од/ л 2-оксоглутарат 115 ммоль/л NADH 1.44 ммоль/л Стандарт R4: Сеча 50 мг/дл (8.33 ммоль/л)</p> <p>Мультикалібратор (1ф-3мл) Ліофілізований калібратор на основі сироватки.</p> <p>Мультиконтроль ClinChem (рівень1) (1ф-5мл) Ліофілізований контрольний матеріал на основі людської сироватки.</p> <p>Мультиконтроль ClinChem (рівень2) (1ф-5мл) Ліофілізований контрольний матеріал на основі людської сироватки.</p>	
--	--	--	--

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Товар, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам та законодавчо встановленим на території України нормам.

Гарантійний термін (строк) товару, повинен становити не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.