

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Придбання електрокоагуляторів (2-шт.) КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання електрокоагуляторів (2-шт.) КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2026-07-24-003227-а

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Електрокоагулятор підпадає під оподаткування ПДВ за ставкою 7%, оскільки він офіційно зареєстрований як медичний виріб і відповідає вимогам законодавства. Відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, знижена ставка ПДВ у розмірі 7% застосовується до операцій з постачання та ввезення на митну територію України медичних виробів.

Операція з постачання даного товару підлягає оподаткуванню податком на додану вартість. У зв'язку із цим очікувана вартість у річному плані становитиме 500 000 грн. 00 коп. з ПДВ (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок з ПДВ). Очікувана вартість в оголошенні становитиме 467 289 грн. 72 коп. без ПДВ (чотириста шістьдесят сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень сімдесят дві копійки без ПДВ).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено аналіз ринку із застосуванням методу порівняння ринкових цін.

Під час аналізу використано інформацію щодо вартості товару, отриману за результатами попередніх ринкових консультацій шляхом направлення запитів щодо надання цінових пропозицій офіційним представникам, дилерам та постачальникам відповідного товару.

Отримані цінові пропозиції були приведені до порівнянних умов з урахуванням особливостей оподаткування та інших істотних умов постачання.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено на підставі найнижчої цінової пропозиції, отриманої за результатами проведеного аналізу ринку.

5. Розмір бюджетного призначення: 500 000 грн. 00 коп. з ПДВ (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень,

робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є одиниця виміру - штука. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об'єкта замовника, становить 2 штуки на 2026 р.

№	Медико-технічні параметри
	Електрохірургічний апарат
1.	Електрохірургічний апарат з можливістю генерування електричної потужності для монополярного і біполярного перетину та коагуляції
2.	Можливість зміни потужності в процесі роботи при розбіжності у структурах тканини
3.	Електрохірургічний апарат повинен мати можливість підключення однопедального та двопедального ножних перемикачів
4.	Кількість роз'ємів для підключення ножних перемикачів, не менше 2
5.	Наявність не менше 4 режимів монополярного різання
6.	Наявність не менше 4 режимів коагуляції: м'яка коагуляція, примусова коагуляція, тонка коагуляція, стандартна коагуляція
7.	Наявність системи моніторингу якості контактів
8.	Можливість управління за допомогою ручки (кнопок) та педалі
9.	Під час запуску апарату мають встановлюватися параметри, які були перед відключенням, включаючи потужність та режим
10.	Максимальна потужність монополярного режиму коагуляції, не менше 120 Вт
11.	Максимальна потужність в режимі чистого різання, не менше 200 Вт
12.	Вихідна частота апарату, не менше 416 кГц
13.	Контроль витоків високочастотних струмів
14.	Відповідність обладнання типу CF з захистом від дефібриляції
15.	Комплектація:
16.	Електрохірургічний апарат
17.	Ножний перемикач
18.	Нейтральний електрод з кабелем довжиною не менше 3м
19.	Комплект електродів у складі не менше: кулька - 4 од., петля – 6 од., лезо - 2 од., голка - 2 од., трикутник - 2 од.
20.	Вагінальне дзеркало Leep Graves
21.	Ручний олівець, одноразовий

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі.

Гарантійний термін (строк) товару, повинен становити не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.