

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Придбання операційного (хірургічного) стола з набором аксесуарів для ВП «Лікарня інтенсивного лікування» КНП «ТМО СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- 1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».
- 1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.
- 1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.
- 1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання операційного (хірургічного) стола з набором аксесуарів для ВП «Лікарня інтенсивного лікування» КНП «ТМО СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями: UA-2026-08-14-009023-а.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Предметом закупівлі є медичне обладнання, яке відповідає вимогам законодавства України у сфері технічного регулювання медичних виробів та може бути введене в обіг і застосоване на території України відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів, які відповідають вимогам, встановленим законодавством, оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

З урахуванням вимог податкового законодавства вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням ставки податку на додану вартість 7%. Загальна вартість обладнання з урахуванням ПДВ становить 1 200 000,00 грн (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ — 78 504,67 грн.

Вартість предмета закупівлі без урахування податку на додану вартість становить 1 121 495,33 грн (один мільйон сто двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто п'ять гривень 33 копійки).

Очікувану вартість предмета закупівлі для зазначення в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями визначено без урахування податку на додану вартість та встановлено у розмірі 1 121 495,33 грн (один мільйон сто двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто п'ять гривень 33 копійки).

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено із застосуванням методу порівняння ринкових цін відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для визначення очікуваної вартості проведено аналіз ринку шляхом отримання та опрацювання комерційних пропозицій від потенційних постачальників відповідного обладнання, у тому числі офіційних представників та постачальників.

Під час проведення аналізу отримані пропозиції приведено до співставних умов із урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, умов поставки, строків постачання та оподаткування.

За результатами проведеного аналізу ринку та з урахуванням принципів максимальної економії, ефективності та раціонального використання бюджетних коштів очікувану вартість предмета закупівлі визначено у розмірі 1 121 495,33 грн (один мільйон сто двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто п'ять гривень 33 копійки) без ПДВ, що відповідає вартості обладнання з урахуванням застосування ставки ПДВ 7% та становить 1 200 000,00 грн (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок), грн з ПДВ.

5. Розмір бюджетного призначення: 1 200 000,00 грн (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок), грн з ПДВ.

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених

Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін поставки товару — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є комплект. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкта замовника, становить 1 комплект на 2026 рік.

Медико - технічні вимоги

№ поз.	Технічні показники (характеристики)	Відповідність функції, або величина параметра
1.	Стіл операційний повинен бути широкого використання, простий в експлуатації та налаштуванні, з надійною ефективністю роботи.	відповідність
2.	Панель столу повинна складатися з секцій: головної, спинної, центральної (тазостегнової), ножної	відповідність
3.	Секція для ніг повинна складатися з двох частин	відповідність
4.	За допомогою панелі керування здійснюється регулювання: підйом-опускання панелі, положення Тренделенбурга та анти-Тренделенбурга, бічні нахили панелі, нахили спинної секції, блокування гальм	відповідність
5.	Всі функції керування повинні виконуватися по командам з ручного пульта управління.	відповідність
6.	Параметри напруги живлення	~220 Вт ± 10%
7.	Параметри частоти живлення	50 Гц ± 2%
8.	Стіл повинен бути оснащений чотирма колесами для зручності переміщення в операційній. Колеса повинні бути вбудовані в основу столу	відповідність
9.	Стіл повинен мати систему блокування для фіксації коліщат	відповідність
10.	Стіл повинен мати напрямні з обох боків для встановлення аксесуарів	відповідність
11.	Подушки столу повинні мати антистатичні властивості та бути водонепроникними	відповідність
12.	Конструкція столу повинна забезпечувати можливість використання С-подібної рентгенівської системи в ході операції	відповідність
13.	Здатність навантаження столу, не менше	250 кг
14.	Маса столу, не більше	275 кг
15.	З ручного пульта управління повинні виконуватися: підйом-опускання панелі, положення Тренделенбурга та анти-Тренделенбурга, бічні нахили панелі, нахили спинної секції, блокування гальм	відповідність
16.	Регулювання секції для голови	механічне
17.	Регулювання секції для голови здійснюється за допомогою важеля управління	відповідність

18.	Регулювання секції для ніг	механічне
19.	Регулювання секції для ніг здійснюється за допомогою газової пружини	відповідність
20.	Секції для ніг повинні мати регулювання по горизонталі	відповідність
21.	Висота столу: в крайньому нижньому положенні	700 мм ±10
22.	Діапазон регулювання висоти	≥300 мм
23.	Довжина панелі стола	≥2060 мм
24.	Ширина панелі стола	550 мм
25.	Положення Тренделенбурга вперед/ Тренделенбурга назад	≥25° / ≥25°
26.	Бічний нахил панелі, вліво / вправо	≥ 15°/ ≥ 15°
27.	Нахил спинної секції, вгору / вниз	≥ 90°/ ≥ 20°
28.	Нахил ножної секції, вгору / вниз, не менше	≥ 15°/ ≥ 90°
29.	Нахил головної секції, вгору / вниз, не менше	≥ 45°/ ≥ 90°
30.	Секції для ніг повинні розводитися назовні в кут	≥90°
31.	Наявність функції продольного зсуву панелі столу для застосування з С-подібної рентгенівською системою	≥350 мм
32.	Наявність вбудованого ниркового містка з висотою підймання, не менше	110 мм
33.	Наявність двох додаткових секцій для позиціонування та підтримки пацієнта при операціях на спині, плечах, та грудній порожнині	відповідність
34.	Наявність спеціальної секції для позиціонування та підтримки пацієнта при операціях на шлунку, що кріпиться на панель столу	відповідність
	Знімні пристосування що постачаються в комплекті зі столом:	
35.	Комплект пристосувань для загальної хірургії, гінекології/урології	
36.	Опора для ніг	2 шт
37.	Опора для плечей	2 шт
38.	Опора для тіла	2 шт
39.	Підлокітник	2 шт
40.	Анестезіологічний екран	1 шт
41.	Пульти дистанційного керування	1 шт
42.	Матрац	1 шт
	Хірургічний медичний аспіратор	
43.	Загальні відомості	
44.	Пристрій призначений для аспірації рідин з дихальних шляхів (в тому числі для перманентної трахеотомії)	Відповідність
45.	Обладнання призначене для використання у медичних закладах та для домашнього використання	Відповідність
46.	Технічні характеристики	
47.	Продуктивність аспірації	високий рівень вакууму/ високий потік
48.	Регульований рівень вакууму, не вужче	-0,1 до -0,8 бар
49.	Точність негативного тиску, не більше	2,5
50.	Потік повітря максимальний, не менше	30 л/хв
51.	Експлуатація, не менше	30 хв УВІМК/ 30 хв ВІМК
52.	Вакууметр	Наявність
53.	Регулятор вакууму	Наявність
54.	Фільтр противірусний/ антибактеріальний одноразовий	Наявність
55.	Ємність для збору рідини	Наявність
56.	Ручний регулятор потоку аспірації	Наявність
57.	Рівень шуму, не більше	65 дБ
58.	Діапазон напруги від мережі змінного струму	100 В – 240 В
59.	Частота мережі	50/60 Гц

60.	Напруга від мережі постійного струму, не більше	12 В
61.	Вбудована акумуляторна батарея, не менше	2200 мАгод
62.	Час роботи від батареї, не менше	40 хв
63.	Габарити приладу, не більше	400x270x150 мм
64.	Вага приладу, не більше	2,5 кг

9. Обґрунтування якісних характеристик предмета закупівлі

Якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням потреб замовника, вимог чинного законодавства України, технічних регламентів, національних стандартів та нормативно-правових актів, що регулюють обіг медичних виробів.

Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути введений в обіг відповідно до вимог законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у порядку, встановленому законодавством України.

Товар повинен відповідати вимогам чинних державних стандартів, технічних регламентів, санітарних норм та інших нормативно-правових актів, що діють на території України, а також мати документи, які підтверджують його якість, безпечність та відповідність встановленим вимогам.

Гарантійний строк експлуатації товару повинен становити не менше 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію. Товар повинен бути новим, таким, що раніше не перебував в експлуатації, не був у використанні, не відновлювався та не мав дефектів, пов'язаних із конструкцією, матеріалами чи виготовленням.