

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Придбання фетального монітору для ВП «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання фетального монітору для ВП «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2026-10-13-004260-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 65 070 грн. 00 коп. з ПДВ (шістдесят п'ять тисяч сімдесят гривень нуль копійок з ПДВ).

Фетальний монітор підпадає під оподаткування ПДВ за ставкою 7%, оскільки він офіційно зареєстрований як медичний виріб і відповідає вимогам законодавства. Відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, знижена ставка ПДВ у розмірі 7% застосовується до операцій з постачання та ввезення на митну територію України медичних виробів.

Операція з постачання даного товару підлягає оподаткуванню податком на додану вартість. У зв'язку із цим очікувана вартість у річному плані становитиме 65 070 грн. 00 коп. з ПДВ (шістдесят п'ять тисяч сімдесят гривень нуль копійок з ПДВ). Очікувана вартість у оголошенні становитиме 60 813 грн. 08 коп. без ПДВ (шістдесят тисяч вісімсот тринадцять гривень вісім копійок без ПДВ)

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено аналіз ринку із застосуванням методу порівняння ринкових цін.

Під час аналізу використано інформацію щодо вартості товару, отриману за результатами попередніх ринкових консультацій шляхом направлення запитів щодо надання цінових пропозицій офіційним представникам, дилерам та постачальникам відповідного товару. Отримані цінові пропозиції були приведені до порівнянних умов з урахуванням особливостей оподаткування та інших істотних умов постачання.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено на підставі середньої арифметичної ціни, отриманої за результатами проведеного аналізу ринку.

5. Розмір бюджетного призначення: Обсяг фінансування з місцевого бюджету на 2026 рік становить 70000 грн. 00 коп. з ПДВ (сімдесят тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або

перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є одиниця виміру - комплект. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об'єкта замовника, становить 1 штука на 2026 р.

Таблиця 1

Медико-технічні вимоги

№ п/п	Найменування характеристик та функцій	Вимоги	
1	Вимоги до електроживлення монітора:		
	Напруга електроживлення	100-240 В	
	Частота електроживлення	50 Гц	
	Споживана потужність	не більше 80 ВА	
	Ємність вбудованого акумулятора	не менше 4000 мА/год	
	Тривалість роботи від вбудованого акумулятора	не менше 2 годин	
2	Вимоги до габаритних розмірів та маси монітора:		
	Габаритні розміри (ДхШхВ)	не більше 360х270х110 мм	
	Вага	не більше 6 кг	
3	Вимоги до дисплея:		
	Тип екрану	кольоровий сенсорний	
	Довжина діагоналі	не менше 12 дюймів	
	Розподільча здатність	800×600	
	Регулювання кута нахилу дисплею	наявність	
4	Вимоги до вбудованого принтера:		
	Ширина термопаперу	не менше 110 мм	
	Режими друку	друк в реальному часі, друк в режимі стоп-кадр	
	Швидкість друку	в наявності: 1 см/хв, 2 см/хв, 3 см/хв	
6	Вимоги до вимірювання частоти серцевих скорочень плода:		
	Моніторинг частоти серцевих скорочень плода	наявність	
	Робочий режим	імпульсно-хвильовий	
	Робоча частота	в межах 1 – 3 МГц ±1%	
	Діапазон вимірювання ЧССП	в межах 50 – 210 уд./хв	
	Похибка вимірювання ЧССП	±1 уд/хв	
	Інтенсивність вихідного пучка	не більше 10 мВт/см ²	
7	Вимоги до вимірювання скорочувальної активності матки:		
	Моніторинг скорочувальної активності матки	наявність	
	Діапазон вимірювання ТОСО	в межах 0 – 100	
	Нелінійна похибка вимірювання ТОСО	±8%	
	Функція обнуління ТОСО	наявність	
8	Інші функціональні вимоги:		
	Автоматичний режим підрахунку рухів плода	наявність	
	Ручний режим підрахунку рухів плода	наявність	
	Налаштування чутливості підрахунку рухів плода в автоматичному режимі	наявність	
	Аналіз даних КТГ	Наявність аналізу за шкалою Фішера та Кребса	
	Демонстраційний режим	наявність	
	Режим відображення інформації на екрані - екран плода	наявність, відображення графічних сигналів ЧССп та ТОСО, відображення цифрових значень ЧССп, ТОСО	

	Режим відображення інформації на екрані - екран великих чисел	наявність, відображення цифрових значень ЧССп, ТОСО	
	Підключення до центральної системи моніторингу	можливість	
	Звукова та світлова системи тривоги	наявність	
	Налаштування гучності сигналу кнопок	наявність	
	Налаштування яскравості екрану	наявність	
	Роз'єм мережі (Network/LAN)	наявність	
	USB порт	наявність	
	Друк на зовнішньому лазерному принтері	можливість	
	Типи тривог	в наявності: фізіологічні тривоги, технічні тривоги	
	Рівні тривог	в наявності: високий рівень, середній рівень, низький рівень	
	Зручна ручка для перенесення	наявність	
9	Вимоги до комплектації:		
	Інструкція з експлуатації українською мовою	1 шт.	
	Монітор фетальний (основний блок)	1 шт.	
	Водонепроникний датчик ЧСС плода	1 шт.	
	Водонепроникний датчик ТОСО	1 шт.	
	Маркер руху плода	1 шт.	
	Термопапір	1 шт.	
	Ремінь	2 шт.	
	Гель ультразвуковий	1 шт.	
	Провід вирівнювання потенціалів	1 шт.	
	Шнур живлення	1 шт.	
	Комплектація монітора акустичним стимулятором пробудження плода	можливість	

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Товар, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам та законодавчо встановленим на території України нормам.

Гарантійний термін (строк) товару, повинен становити не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.