

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Придбання відеоларингоскопа для ВП «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання відеоларингоскопа для ВП «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2026-10-19-010309-а

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 49 998 грн. 96 коп. з ПДВ (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень дев'яносто шість копійок з ПДВ).

Відеоларингоскоп підпадає під оподаткування ПДВ за ставкою 7%, оскільки він офіційно зареєстрований як медичний виріб і відповідає вимогам законодавства. Відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, знижена ставка ПДВ у розмірі 7% застосовується до операцій з постачання та ввезення на митну територію України медичних виробів.

Операція з постачання даного товару підлягає оподаткуванню податком на додану вартість. У зв'язку із цим очікувана вартість у річному плані становитиме 49 998 грн. 96 коп. з ПДВ (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень дев'яносто шість копійок з ПДВ). Очікувана вартість в оголошенні становитиме 46 728 грн. 00 коп. без ПДВ (сорок шість тисяч сімсот двадцять вісім гривень нуль копійок без ПДВ)

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено аналіз ринку із застосуванням методу порівняння ринкових цін.

Під час аналізу використано інформацію щодо вартості товару, отриману за результатами попередніх ринкових консультацій шляхом направлення запитів щодо надання цінових пропозицій офіційним представникам, дилерам та постачальникам відповідного товару.

Отримані цінові пропозиції були приведені до порівнянних умов з урахуванням особливостей оподаткування та інших істотних умов постачання.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено на підставі найнижчої ціни, отриманої за результатами проведеного аналізу ринку, оскільки середня арифметична ціна перевищує суму виділених коштів.

5. Розмір бюджетного призначення: Обсяг фінансування з місцевого бюджету на 2026 рік становить 50000 грн. 00 коп. з ПДВ (п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є одиниця виміру – комплект. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об'єкта замовника, становить 1 комплект на 2026 р.

Медико-технічні вимоги

1. Призначення виробу:			
№ п/п	Вимога		
2.1	Виріб повинен бути призначений для проведення інтубації дихальних шляхів, надання невідкладної допомоги, діагностичних оглядів та лікування ротової порожнини.		
2.2	Виріб повинен забезпечувати пряму відеовізуалізацію анатомічних структур верхніх дихальних шляхів		
2. Технічні характеристики виробу:			
№ п/п	Найменування	Значення	
3.1	Живлення виробу	акумуляторна батарея	
3.2	Тривалість роботи від акумулятора батареї	≥ 6.5 годин	
3.3	Тривалість заряджання акумуляторної батареї	< 4 годин	
3.4	Заряджання акумуляторної батареї	від мережі живлення змінного струму (100-240 В, 50/60 Гц) та від USB-інтерфейсу допоміжного обладнання	
3.5	Термін служби акумуляторної батареї	≥ 1000 циклів заряджання - розряджання	
3.6	Діапазон обертання монітору	вгору-вниз: 0°-150°, вправо-вліво 0°-270°	
3.7	Тип дисплею	LCD, повнокольоровий, сенсорний	
3.8	Розмір дисплею	діагональ 3.2 дюйми або більше	
3.9	Роздільна здатність дисплею	800×480 або вище	
3.10	Мова інтерфейсу користувача програмного забезпечення	українська	
3.11	Режими роботи	режим фото (запис фото), режим відео (запис відео)	
3.12	Функція налаштування системної дати та часу	наявність	
3.13	Функція налаштування яскравості екрану	наявність	
3.14	Функція автовимкнення для заощадження заряду акумуляторної батареї	наявність	
3.15	Сигналізація тривоги	низький заряд акумулятора	

3.16	Карта пам'яті для збереження фото і відео файлів	16 Гбайт або більше	
3.17	Розміри клинка MAC2	довжина: 122 мм ± 3 мм висота: 85 мм ± 2 мм ширина леза: 23 мм ± 1 мм	
3.18	Розміри клинка MAC3	довжина: 142 мм ± 3 мм висота: 92 мм ± 2 мм ширина леза: 23 мм ± 1 мм	
3.19	Розміри клинка MAC4	довжина: 161 мм ± 3 мм висота: 94 мм ± 2 мм ширина леза: 23 мм ± 1 мм	
3.20	Розміри клинка D-Blade	довжина: 150 мм ± 3 мм висота: 104 мм ± 2 мм ширина леза: 23 мм ± 1 мм	
3.21	Роздільна здатність камери	1280×720 або більше	
3.22	Просторова роздільна здатність	≥ 6.35 ліній/мм	
3.23	Кут огляду	$\geq 60^\circ$	
3.24	Діапазон робочої відстані	15-70 мм	
3.25	Діаметр світлової плями (освітлення)	≥ 30 мм	
3.26	Освітленість джерела світла на відстані 30 мм	≥ 1000 люкс	
3.27	Колірна температура	4500 К	
3.28	Функція анти-запотівання лінз камери	наявність	
3.29	Матеріал клинків	анодований алюмінієвий сплав або нержавіюча сталь	
3.30	Ступінь захисту клинків від проникнення рідин	IPX7 або вище	
3.31	Метод стерилізації клинків	хімічна стерилізація зануренням в альдегідні розчини	
3.32	Клинок повинен витримувати не менше 1000 процесів дезінфекції / стерилізації	відповідність	

3. Комплектація

№ п/п	Найменування	Кількість	
4.1	Відеоларингоскоп	1 шт.	
4.2	Клинок багаторазовий MAC2	1 шт.	
4.3	Клинок багаторазовий MAC3	1 шт.	
4.4	Клинок багаторазовий MAC4	1 шт.	

4.5	Клинок багаторазовий D-Blade	1 шт.	
4.6	Ковпачок водонепроникний	3 шт.	
4.7	Провід USB - Type C	1 шт.	
4.8	Адаптер живлення	1 шт.	
4.9	Кейс транспортувальний	1 шт.	
4.10	Посібник користувача (інструкція з використання)	1 шт.	

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Товар, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам та законодавчо встановленим на території України нормам.

Гарантійний термін (строк) товару, повинен становити не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.