

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Придбання лампи операційної для ВП «Лікарня інтенсивного лікування» КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання лампи операційної для ВП «Лікарня інтенсивного лікування» КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2026-10-08-006110-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 155 000 грн. 00 коп. з ПДВ (сто п'ятдесят п'ять тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

Лампа операційна підпадає під оподаткування ПДВ за ставкою 7%, оскільки він офіційно зареєстрований як медичний виріб і відповідає вимогам законодавства. Відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, знижена ставка ПДВ у розмірі 7% застосовується до операцій з постачання та ввезення на митну територію України медичних виробів.

Операція з постачання даного товару підлягає оподаткуванню податком на додану вартість. У зв'язку із цим очікувана вартість у річному плані становитиме 167 990 грн. 00 коп. з ПДВ (сто шістьдесят сім тисяч дев'яност дев'яносто гривень нуль копійок з ПДВ). Очікувана вартість в оголошенні становитиме 157 000 грн. 00 коп. без ПДВ (сто п'ятдесят сім тисяч гривень нуль копійок без ПДВ)

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено аналіз ринку із застосуванням методу порівняння ринкових цін.

Під час аналізу використано інформацію щодо вартості товару, отриману за результатами попередніх ринкових консультацій шляхом направлення запитів щодо надання цінових пропозицій офіційним представникам, дилерам та постачальникам відповідного товару.

Отримані цінові пропозиції були приведені до порівнянних умов з урахуванням особливостей оподаткування та інших істотних умов постачання.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено на підставі середньої арифметичної ціни, отриманої за результатами проведеного аналізу ринку.

5. Розмір бюджетного призначення: Обсяг фінансування з місцевого бюджету на 2026 рік становить 200000 грн. 00 коп. з ПДВ (двісті тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є одиниця виміру - комплект. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об'єкта замовника, становить 1 комплект на 2026 р.

№ п/п	Медико-технічні вимоги
1	2
1	Режим роботи лампи повинен бути безперервним
2	Лампа повинна бути двокупольною
3	Джерело світла повинне бути світлодіодним
4	Діаметр головного освітлювального блоку не менше 500 мм
4	Діаметр допоміжного освітлювального блоку не менше 500 мм
5	Кількість світлодіодів на головному освітлювальному блоці не менше 40 шт
6	Кількість світлодіодів на допоміжному освітлювальному блоці не менше 40 шт
7	Світлодіоди повинні мати окреме групування
8	Кількість груп світлодіодів на головному освітлювальному блоці не менше 5 груп
9	Кількість груп світлодіодів на допоміжному освітлювальному блоці не менше 5 груп
10	Лампа повинна мати світловипромінювальні апертури не менше 10 шт
11	Максимальна освітленість головного блоку не менше 100 000 Люкс
12	Максимальна освітленість допоміжного блоку не менше 100 000 Люкс
13	Колірна температура повинна бути не менше 4800K±100K
14	Індекс передачі кольору Ra не менше 92
15	Діапазон регулювання світлового поля головного блоку в межах 160 – 220 мм
16	Діапазон регулювання світлового поля допоміжного блоку в межах 160 – 220 мм
17	Глибина освітлення головного блоку не менше 500 мм
18	Глибина освітлення допоміжного блоку не менше 500 мм
19	Термін служби світлодіодів не менше 50 000 годин
20	Рівень опромінення не більше 480 Вт/м ²
21	Регулювання освітленості повинне бути плавним
22	Освітлювальні блоки повинні мати димери регулювання освітленості
23	Кут нахилу освітлювальних блоків ліворуч та праворуч не менше 300°
24	Кут нахилу освітлювальних блоків вперед та назад не менше 240°
25	Довжина коротких балансувальних кронштейнів повинна бути не менше 860 мм
26	Максимальний кут нахилу коротких балансувальних кронштейнів не менше 45°
27	Максимальний кут підйому коротких балансувальних кронштейнів не менше 45°
28	Кут обертання коротких балансувальних кронштейнів у горизонтальній площині не менше 360°
29	Кут обертання горизонтальних важелів не менше 360°
30	Короткі балансувальні кронштейни повинні мати фіксатори для транспортування
31	Короткі балансувальні кронштейни повинні бути оснащеними регулятором налаштування для врівноваження освітлювальних блоків та їх стабільного утримання у заданому положенні
32	Діапазон регулювання висоти освітлювальних блоків не менше 2 м
33	Освітлювальні блоки у центрі повинні мати знімні металеві рукоятки для налаштування напряму світла
34	Освітлювальні блоки повинні мати окремо вбудовану ручку для регулювання розміру світлового поля
35	Комплектуючі складові: короткий балансувальний кронштейн не менше 2 шт.; підвісна основа (подвійне плече);
36	На усі комплектуючі складові надати у складі пропозиції копію декларації та/або витяг з сертифікату відповідності медичного виробу

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Товар, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам та законодавчо встановленим на території України нормам.

Гарантійний термін (строк) товару, повинен становити не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.