

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Придбання холодильної камери для патологоанатомічного відділу КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33940000-1 — Устаткування для транспортування та зберігання трупів та приладдя до нього)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання холодильної камери для патологоанатомічного відділу КНП «ТМО «СМОЛ» (Еквівалент) (Код ДК 021:2015: 33940000-1 — Устаткування для транспортування та зберігання трупів та приладдя до нього)

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2026-10-06-008644-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 575 700 грн. 00 коп. з ПДВ (п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сімсот гривень нуль копійок з ПДВ).

Операції з постачання або ввезення холодильної камери для моргу в Україні оподатковуються ПДВ за загальною ставкою 20 відсотків. Попри те, що таке обладнання класифікується як медичне (за кодом НК 024:2023 під назвою «Холодильна камера для моргу»), воно не підпадає під пільгову ставку ПДВ 7%. Знижена ставка 7% застосовується виключно до лікарських засобів та конкретних медичних виробів, які внесені до Державного реєстру або відповідають технічним регламентам для індивідуального лікувально-профілактичного використання. Патологоанатомічне обладнання (включаючи холодильні установки) оподатковується на загальних підставах.

У зв'язку із цим очікувана вартість у річному плані становитиме 575 700 грн. 00 коп. з ПДВ (п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сімсот гривень нуль копійок з ПДВ). Очікувана вартість в оголошенні становитиме 479 750 грн. 00 коп. без ПДВ (чотириста сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень нуль копійок без ПДВ).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено аналіз ринку із застосуванням методу порівняння ринкових цін.

Під час аналізу використано інформацію щодо вартості товару, отриману за результатами попередніх ринкових консультацій шляхом запиту щодо надання цінової пропозиції офіційному представнику/постачальнику відповідного товару. Також проаналізовано дані у відкритому доступі, зокрема інтернет сайти. Отримані пропозиції були приведені до порівнянних умов з урахуванням особливостей оподаткування та інших істотних умов постачання. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено на підставі найнижчої цінової пропозиції, отриманої за результатами проведеного аналізу ринку.

5. Розмір бюджетного призначення: Обсяг фінансування з місцевого бюджету на 2026 рік становить 575700 грн. 00 коп. з ПДВ (п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сімсот гривень нуль копійок з ПДВ). Очікувана вартість в оголошенні становитиме 479 750 грн. 00 коп. без ПДВ (чотириста сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень нуль копійок без ПДВ).


6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для

замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є одиниця виміру - комплект. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об'єкта замовника, становить 1 комплект на 2026 р.

Характеристики	Орієнтовний зовнішній вигляд
Камера холодильна для моргу фронтальна тримісна використовується в якості місця тимчасового розміщення тіл померлих. Оснащена термоізоляційними сендвіч-панелями, мікроклімат яких підтримується пінополіуретаном. Каркас термокамери містить стівонірний каркас з нержавіючої сталі з висувними носилками, обладнаними роликами. Кожна з трьох секцій забезпечує легкість транспортування і дозволяє використовувати її незалежно від основної камери. Тримісна фронтальна холодильна камера для моргу забезпечує підтримку температури від +2 за Цельсієм градусів до +8. Температурний режим: +2...+8 Матеріал теплоізоляції: ППУ (Пінополіуретан) Номинальна потужність: 0,95 кВт Напруга живлення: 220 В Габарити виробу: Ширина — не більше 900 мм Довжина — не більше 2400 мм Висота без агрегату — не більше 2200 мм Внутрішній об'єм — не більше 3,6 м³	
Візок підйомний гідравлічний на три рівня входить є у складі камери. розроблений для полегшення транспортування тіл померлих до аутопсійного столу або до демонстраційних візків з холодильних відсіків, використовується для підняття їх на висоту третього рівня холодильної камери. Застосовується в патологоанатомічних закладах, лабораторіях і бюро ритуальних послуг. Цільнозварна конструкція забезпечує міцність і надійність підйомного механізму, виготовлений з нержавіючої сталі. Всі з'єднання підйомного механізму забезпечені захисними шайбами з нейлону, що перешкоджають стиранню матеріалу, завдяки яким виріб залишається справним на довгий термін.	

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Товар, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам та законодавчо встановленим на території України нормам.

Гарантійний термін (строк) товару, повинен становити не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.